Procedimiento determinación P, K, N y pH



Sacar muestras del horno.



Vamos a utilizar varios tubos de ensayos marcados para testear la muestra.



Rellenar un tubo de ensayo con disolución extractora **HI3896** para P, K y N.

7.5 mL para P, K y N



2.5 mL para pH con **HI3896 pH** indicador

Con una miniespátula añadir seis cucharadas de suelo.



Cerrar el tubo y agitar de forma suave durante 1 min. (igual para todos los tubos)



Dejar reposar durante 5 min. (igual para todos los tubos)



El sobrenadante debe estar lo más claro posible.



Añadir con la pipeta sobradante a tres tubos de ensayo diferentes con las siguientes cantidades:

2.5 mL para P y N

0.5 mL para K



Para P y N: Añadir los sobres con el reactivo



Para K llenar el tubo de ensayo con el sobradantcon 2,5 mL con disolución estractora HI3896



Añadir el sobre reactivo HI3896-0



Cerrar el tubo y agitar fuerte durante 30 seg. (igual para todos los tubos)



Dejar reposar durante 30 seg. (igual para todos los tubos)



Usar la tarjeta resultado para cada elemento P, K y N



Alto en K | Bajo en N | Alto en P